

## R2 - Diluyente de muestras CE



Test de diagnóstico in vitro por inmunoblot  
Técnica semiautomática / manual

#WB-DE30  
#WB-DE125

## INSTRUCCIONES DE USO

Encuentre más información e instrucciones de uso en su idioma en nuestra página web  
[www.ldbiodiagnostics.com](http://www ldbiodiagnostics.com)

## INDICACIÓN DEL TEST

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.  
Este reactivo no debe utilizarse solo.

## PRINCIPIO DEL TEST/PROCEDIMIENTO DEL TEST

Técnica Western-Blot : Cada muestra de prueba se incuba por separado con una tira en el diluyente de la muestra.  
Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## REACTIVOS SUMINISTRADOS

1 vial de reactivo (30mL o 125mL), 1 instrucciones de uso abreviadas

## MATERIAL NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenamiento entre 2°C y 8°C. El reactivo es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del vial, siempre que no haya contaminación.  
No utilice reactivos contaminados o turbios.

## PRECAUCIONES DE USO

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.  
Es preferible utilizar reactivos del mismo lote. Si se utilizan reactivos de diferentes lotes, asegure la trazabilidad.

Este reactivo contiene azida sódica ( $\text{NaN}_3$ ) <0,1% que puede formar sales metálicas explosivas con el plomo o el cobre. Aclarar con agua si se tira por el desagüe.

EUH 032 ( $\text{NaN}_3$ ): En contacto con un ácido, libera un gas muy tóxico.

Hoja de datos de seguridad EUH 210 disponible a petición y en nuestra página web [www.ldbiodiagnostics.com](http://www.ldbiodiagnostics.com)

## RECOGIDA DE MUESTRAS

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## PROCEDIMIENTO

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## CONTROL DE CALIDAD E INTERPRETACIÓN

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## LIMITACIONES DE USO

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

El diagnóstico de una enfermedad infecciosa no se puede establecer sobre la base de un solo resultado analítico. Estos resultados serológicos deben interpretarse de acuerdo con la información disponible (por ejemplo epidemiológica, clínica, imágenes, biológica, etc.) para poder establecer un diagnóstico. No deben utilizarse como base para el diagnóstico basándose únicamente en su positividad.

## PRESTACIONES

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## REPRODUCIBILIDAD

Se analizó la reproducibilidad entre series y entre lotes. En ambos casos, la correlación entre los sueros con respecto a las bandas específicas es excelente.

## INTERFERENCIAS

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

## BIBLIOGRAFÍA

Consulte las instrucciones de uso del kit LDBIO Diagnostics.

### NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN - Lea atentamente

| FECHA DE LA VERSIÓN | VERSIÓN | RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN |
|---------------------|---------|----------------------------|
| 16/08/2022          | Vs01    | creación                   |



NF EN ISO 13485

24 av. Joannes Masset – 69009 LYON – FRANCE  
 Tel : +33(0)4 7883 3487 – Fax : +33(0)4 7883 3430  
[www.ldbiodiagnostics.com](http://www.ldbiodiagnostics.com) – [info@ldbiodiag.com](mailto:info@ldbiodiag.com)